X-Ray sensitivity of the CCD-11000XR



Measured with full resolution. With 2x2 binning the values are 4 times higher.

$$\frac{count}{mR} = 8.73 * \frac{count}{\mu Gy}$$

VDS Vosskühler GmbH · Weisse Breite 7 · 49084 Osnabrück · Germany
Tel.: +49 (0)541 / 800 84-0 · Fax: +49 (0)541 / 80084-10 · www.vdsvossk.de · E-mail: vds@vdsvossk.de